UNIVERSAL II — UNI II

Größe (L × B) 195 × 62 cm | Gewicht ca. 1.970 g
Typ-Nr. 906

UNIVERSAL III — UNI III

Größe (L × B) 110 × 62 cm | Gewicht ca. 1.200 g
Typ-Nr. 910

37 °C

ERWACHSENEN II — EW II

Größe (L × B) Oberteil 70 × 160 cm,
Unterteil 110 × 62 cm | Gewicht ca. 1.590 g
Typ-Nr. 904

BABY / KLEINKIND — BKK

Größe (L × B) 124 × 52 cm,
Flügel 94 × 48 cm | Gewicht ca. 860 g
Typ-Nr. 902

TWINWARM BB — WARMLUFTGERÄT MIT 2 SCHLÄUCHEN

Gradgenaue Temperatureinstellung zwischen 28 °C und 43 °C | 5 individuell wählbare Lüfterstufen
Typ-Nr. 12BB01(DE)

TwinwarmBB®

KONTAKT

Ahrens Textil-Service GmbH
Fritz-Straßmann-Straße 11
25337 Elmshorn

Tel. +49 (0) 4121 641 0
mws@dbl-ahrens.de

MOECKWARMINGSYSTEM.COM

AKTIVE TEMPERATURREGELUNG
FÜR SICHERHEIT IM OP

MoeckWarmingSystem®

EIN UMFASSENDES UND MODERNES TEMPERATURMANAGEMENTSYSTEM

Das MOECK WARMING SYSTEM® gibt ihnen ein effektives und nachhaltiges Werkzeug zur optimalen Temperierung für den pädriatischen und erwachsenen Bereich an die Hand. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, den Arbeitsalltag in medizinischen Einrichtungen durch eine qualitätsorientierte Patientenversorgung bestmöglich zu unterstützen.



Prewarming, intra- und postoperative Wärmung mit nur einer Unterlegwärmedecke möglich. Die Wärmedecke kann mit dem Patienten umgebettet werden und somit benötigen sie keine zweite oder sogar dritte Wärmedecke für den gesamten perioperativen Prozess eines Patienten. Dies wiederum bedeutet eine Prozesskostenoptimierung.

Eine Hypothermie führt zu Komplikationen wie kardialen Komplikationen, erhöhter Letalität, Gerinnungsstörungen, einem erhöhten Blutverlust, Wundheilungsstörungen und letztlich einhergehend mit einem verlangsamten Genesungsprozess des Patienten mit einer längeren Verweildauer. (s. S3 Leitlinie „Vermeidung perioperativer Hypothermie“)

Um die aufgeführten Risiken und Kosten weitestgehend zu minimieren, ist der Einsatz eines umfassenden Temperaturmanagementsystems notwendig.

DAS PRINZIP

Basierend auf der Nutzung von konvektiver Luftübertragung besteht das MOECK WARMING SYSTEM® aus einem Warmluftgerät und verschiedenen Modellen von wiederaufbereitbaren textilen Unterlagen. Dabei wird die vom Warmluftgerät temperierte Luft über ein bis zwei flexible Schläuche in das Innere des jeweils angeschlossenen textilen Produktes geleitet.



Durch die sorgfältig ausgewählten Materialien der textilen Produkte verteilt sich die zugeführte Luft gleichmäßig und flächig unter dem Patienten, so dass dieser entsprechend der gewünschten Einstellung am Warmluftgerät effektiv temperiert wird.

37 °C

- + *Effizientes Wärmemanagement*
- + *Wärme an allen Auflagepunkten*
- + *Hohe Reißfestigkeit*
- + *Flüssigkeitsadsorption*
- + *Röntgendurchlässig*
- + *Freies Operationsfeld*
- + *Druckentlastung*
- + *Wiederverwendbar*